




Sorbonne LCCA



Principaux points de la norme EN 14175 :

- Essai de type constructeur
- Essai de réception sur site (coût à la charge du client)
- Alarme visuelle et sonore en cas de rupture de confinement
- Système de parachute pour la glace en cas de rupture de câble
- Système de verrouillage/déverrouillage de la glace par action manuelle à 400mm au dessus du plan de travail
- Eclairage étanche d'une luminosité de 400 lux sur la surface de travail
- Système d'évents anti-déflagrants
- Bord relevé sur la paillasse

